

技术需求表（通用物资）

项目名称	510nm激光器		单价 (万元)	27.92	数量 (项)	1	预算总金额 (万元)	27.92	
需求类别	序号	需求名称	技术参数和需求内容					备注	
符合性要求 (*号指标或其他必须响应条款)	1	*基本要求	用于激光光动力治疗和研究						
	2	*配置要求	光动力主机一台、防护镜一副、脚踏一个						
	3	其他符合性条款	无						
资格性要求 (指对产品或企业投标资格的要求)	1	产品资格	无						
	2	企业资格	无						
	3	其他资格性条款	无						
技术性要求	1	技术力量	公司具有售后服务热线，具备配件库，提供上门维修服务和返厂维修服务。						
	2	性能指标							
		2.1	显示屏	中文彩色触摸屏					
		2.2	制冷模式	风冷					
		*2.3	波长	510.5nm，线宽 ±1nm					
		•2.4	功率	1000mw					
		•2.5	功率稳定性	小于1% (rms)					
		•2.6	输出模式	CW连续输出					
		2.7	光纤接口	sma905					
		•2.8	工作温度	15-35摄氏度					
		2.9	工作电压、电流	220v，≤10A					
技术性要求	•2.10	使用寿命	≥10000小时						
	2.11	激光等级	IV级						
	3	售后服务	提供产品不小于3年的免费保修期，保修期从仪器验收合格之日起计算，保修期后可享受保养服务。保修期外的产品，给出维修费用方案并承诺保证提供10年的原厂配件。						
4	质量控制	有完整的质量评估及校准体系							

附件7

需求类别	序号	需求名称	技术参数和需求内容	备注
<p>说明：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理</p> <p>2. 加注“•”号的技术指标为重要指标</p> <p>3. 加注“*”、“•”号的技术指标均需投标企业提供证明材料</p>				