

技术需求表（通用物资）

项目名称	包埋机		单价 (万元)	22	数量 (项)	1	预算总金额 (万元)	22
需求类别	序号	需求名称	技术参数和需求内容					备注
符合性要求 (*号指标或其他必须响应条款)	*1	基本要求	适用于石蜡组织包埋工作，性能稳定，控温精准					
	*2	配置要求	2.1 配置冷台、热台及包埋台 2.2 鹅颈放大镜 2.3 工作区域照明装置 2.4 带有磁性底座的镊子固定架					
资格性要求 (指对产品或企业投标资格的要求)	1	产品资格	具有NMPA、CE认证					
	2	企业资格	1、具有独立承担民事责任的能力； 2、具有相应范围的《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》，投标产品应具有《中华人民共和国医疗器械注册证》； 3、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力； 5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 6、参加此采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 7、符合法律、法规规定的其他条件。					
	1	技术力量	• 1、整机进口，性能稳定，控温精度高					

附件7

需求类别	序号	需求名称	技术参数和需求内容	备注
技术性要求	2	性能指标	<ul style="list-style-type: none"> • 1、包埋中心：包埋台、热台、冷台三分体结构设计，每个单元可任意换位置或独立使用，操作简便，可在同一个工作区域操作所有模块，也可按照实验室要求放置； • 2、石蜡缸容量：不低于5.5L； 3、石蜡出蜡管路及出蜡口配备加热功能，能够有效避免石蜡流出过程中出现的堵塞问题； 4、配置带有电光源的鹅颈放大镜，方便活检组织的包埋定位； 5、照明：3个固定灯+3个可调向LED灯，为工作区域提供充足的照明； 6、冷台温度：最低可达-15℃，制冷能力强，温度可任意调节； 7、预约控制：冷台、热台及包埋单元各自拥有独立数字控制器，可设定温度参数及预约开/关机的周期和时间。 	
	3	售后服务	<ul style="list-style-type: none"> • 1、保修一年； 2、负责货物的免费安装，调试，提供免费现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能； 3、负责医护人员工程师的培训； • 4、无论保内/保外，在接到报修电话或查询后，厂家将立即给予响应，电话响应时间1小时，24小时内到现场维修。 	• 1、2、3 不接受负 偏离
	4	质量控制	有完整的质量评估及校准体系	需提供证明材料，如9001、13485等质量管理体系，提供任意一种即可，且不接受负偏离
说明：1. 加注“*”号的技术指标为关键指标，≥1项未达到招标文件要求，即做废标处理 2. 加注“●”号的技术指标为重要指标 3. 加注“*”、“●”号的技术指标均需投标企业提供证明材料				